

仕 様 書

1 腹部用超音波診断装置一式

以下の性能、付属装置を備えていること。

装 置 名 等	説 明
腹部用超音波診断装置本体	液晶モニター19 インチ以上（カラー）並びに撮影画像・計測データ記憶装置（内蔵HDD）及び外部記録装置への接続機能を備えること。
探触子（プローブ）	コンベックス、マイクロコンベックス、リニアの3方式を備えること。
ゼリーウォーマー	装備すること。
プリンター	白黒及びカラー
電源・電圧	AC100ボルト
その他	購入後1年間、通常の使用による故障が発生した場合は無償で修理をするとともに、製造終了後8年間は、部品の供給を保証すること。

2 婦人科用超音波診断装置一式

以下の性能、付属装置を備えていること。

装 置 名 等	説 明
婦人科用超音波診断装置本体	液晶モニター（白黒）並びに撮影画像・計測データ記憶装置（内蔵HDD）及び外部記録装置への接続機能を備えること。
探触子（プローブ）	経膣プローブ（視野角220度）
ゼリーウォーマー	装備すること。
プリンター	白黒及びカラー
電源・電圧	AC100ボルト
その他	購入後1年間、通常の使用による故障が発生した場合は無償で修理をするとともに、製造終了後8年間は、部品の供給を保証すること。

3 滅菌器（オートクレーブ）

以下の装備、規格等を有すること。

装 備・規 格 等	説 明
内容量等	55リットル程度。チャンバー入口は300ミリメートル程度とする。
真空ポンプ・ボイラー	装備すること。
滅菌時間	標準設定5分・20分・30分とし、標準設定時間から60分まで1分単位で設定可能とする。
電源・電圧	AC100ボルト
その他	購入後1年間、通常の使用による故障が発生した場合は無償で修理をするとともに、製造終了後8年間は、部品の供給を保証すること。

特記事項

- 1 入札機器は、入札時点で製品化されていること
- 2 入札機器のうち医療器具に関しては、入札時点で薬事法に定められている製造の承認を得ている物品であること
- 3 調達物品は、最新の製品であること。
- 4 本調達物品の搬入、設置、接続、調整に係る経費は落札者の負担で行うこと
- 5 納入期間は平成23年3月16日～平成23年3月24日とする。
- 6 納入の際に生じた梱包材等の廃棄物は落札者の責任において引き取り処分すること。
- 7 腹部用超音波診断装置、婦人科用超音波診断装置、滅菌器の3機器納入後、7日間並行運用期間を設け、その後旧機器を引き取ること。旧機器の廃棄費用については、落札者の負担で行うこと。（購入価格に含む）

廃棄機器 腹部用超音波診断装置 ALOKA SSD M00532
婦人科超音波診断装置 GE 横河メディカル P9893KA-07
滅菌器（オートクレーブ）ユヤマ YS-A-C321

- 8 落札者は担当者と十分な打合せを行うこと、特に納品後の機器の動作確認について、担当者と事前打合せすること。